

Pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto gali būti teikiamos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu 8~386 75132, elektroniniu paštu ok_ligonine@sugardas.lt iki 2017-02-17 16.00 val.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS DUJOS

Eil. Nr.	Pavadinimas, techniniai parametrai	Techninių parametų reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės (konkreiti skaitinė reikšmė ir „Taip”/„Ne”), su nuoroda į gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus, nurodant pasiūlymo lapą
1.	Medicininis dujinis deguonis	Baliono tūris ne mažiau 50 l; dujų kiekis balione $\geq 10,7 \text{ m}^3$; baliono pripildymo slėgis ≥ 200 bar; baliono pajungimo sriegis DIN 477 Nr. 1 arba lygiavertis	
2.	Suskystintas medicininis deguonis	Tiekiamas autocisternomis ir supilamas į suskystinto deguonies talpyklą	
3.	Medicininis diazoto oksidas	Baliono tūris ne mažiau 10 l; dujų kiekis balione $\geq 7 \text{ kg}$; baliono pajungimo sriegis DIN 477 Nr. 11 arba lygiavertis	
4.	Anglies dioksidas CO ₂	Baliono tūris ne mažiau 40 l; dujų kiekis balione $\geq 30 \text{ kg}$; baliono pajungimo sriegis DIN 477 Nr. 9 arba lygiavertis	
5.	Suskystinto medicininio deguonies talpyklos nuoma		
5.1	Deguonies talpykla	Tūris $\geq 3\ 000 \text{ l}$; maksimalus leistinas darbinis slėgis ne daugiau 19 barų	
5.2	Garintuvas suskystintam deguoniui garinti	Išgarinimo pajėgumas $\geq 50 \text{ m}^3/\text{h}$	
5.3	Telemetrijos įranga	Būtina	
5.4	Personalo apmokymas ir nemokamos konsultacijos	Būtina	